



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметртестстандарт»)

03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 Свідоцтво про уповноваження №ПК 001-2009 від 23 лютого 2009 р.

Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювань складу,
властивостей і кількості речовин і матеріалів
(Метхіменерготест)

СВІДОЦТВО

про державну метрологічну атестацію

№ 12-8896 від 11.11.2010 р.

сигналізатора газу EXTOX-UNI K2, № 09119, з сенсорами E-TD-S1/M, №№ 11-11-10/1,
11-11-10/2.

Виробник: фірма Műszer Automatika Kft, Угорщина.

Належить: ТОВ «Мюссер автоматика Україна», м. Берегово.

Призначення (галузь застосування) ЗВТ: сигналізатор газу EXTOX-UNI K2
призначений для безперервного контролю об'ємної частки оксиду вуглецю (CH₄) та видачі
світлової сигналізації за досягнення встановлених значень об'ємної частки оксиду вуглецю.

Результати державної метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Значення метрологічної характеристики		Назва, тип робочих еталонів, застосованих під час атестації
Пороги спрацювання сигналізації, % НКГР: попереджувальної аварійної	0,001		Повірочні газові суміші за ТУ У 24.1-02568182-001:2005
	0,002		
Абсолютна похибка спрацювання сигналізації, % НКГР	Границі	Результати	
	± 25	9	

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 12-8896 від 11.11.2010 р.) сигналізатор газу EXTOX-UNI K2 визнаний таким, що відповідає експлуатаційній документації, і допускається до застосування згідно з експлуатаційною документацією.

Повірка сигналізатора газу EXTOX-UNI K2 здійснюється відповідно до інструкції "Метрологія. Інструкція. Сигналізатор газу EXTOX-UNI K2. Методика повірки", затвердженої ДП "Укрметртестстандарт".

Міжповірочний інтервал – не більше 12 місяців.

Т.в.о. директора



Д.М. Мельник

