



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметртестстандарт»)

03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 Свідоцтво про уповноваження №ГК 001-2009 від 23 лютого 2009 р.

Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювань складу,
властивостей і кількості речовин і матеріалів
(Метхіменерготест)

СВІДОЦТВО

про державну метрологічну атестацію

№ 12-8734 від 15.09.2010 р.

сигналізатора газу GAS-RAPTOR, № 15-09-10, з сенсорами ECO-CO-2, №№15-09-10/1?
15-09-10/2.

Виробник: фірма Műszer Automatika Kft, Угорщина.

Належить: ТОВ "Мюссер автоматика Україна", м. Берегово.

Призначення (галузь застосування) ЗВТ: сигналізатор газу GAS-RAPTOR
призначений для безперервного контролю об'ємної частки оксиду вуглецю (CO) та видачі
світлової сигналізації за досягнення встановлених значень об'ємної частки оксиду вуглецю.

Результати державної метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Значення метрологічної характеристики	Назва, тип робочих еталонів, застосованих під час атестації
Пороги спрацювання сигналізації, %: попереджувальної аварійної	0,01 0,02	Повітряні газові суміші за ТУ У 24.1-02568182-001:2005
Абсолютна похибка спрацювання сигналізації, %	Границі Результати ± 25 11	

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 12-8734 від 15.09.2010 р.) сигналізатор газу GAS-RAPTOR визнаний таким, що відповідає експлуатаційній документації, і допускається до застосування згідно з експлуатаційною документацією.

Певірка сигналізатора газу GAS-RAPTOR здійснюється відповідно до інструкції "Метрологія. Інструкція. Сигналізатор газу GAS-RAPTOR. Методика певірки", затвердженої ДП "Укрметртестстандарт".

Міжпевірочний інтервал – не більше 12 місяців.

Директор



М.С. Рожнов

