



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметртестстандарт»)

03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 Свідоцтво про уповноваження №ПК 001-2009 від 23 лютого 2009 р.

Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювань складу,
властивостей і кількості речовин і матеріалів
(Метхіменерготест)

СВІДОЦТВО про державну метрологічну атестацію

№ 12-8736 від 15.09.2010 р.

газоаналізатора EXTOX-UNI i-1, № 09057, з вимірювальним перетворювачем E-MS-NE1,
№ 09-058.

Виробник: фірма Műszer Automatika Kft, Угорщина.

Належить: ТОВ “Мюссер автоматика Україна”, м. Берегово.

Призначення (галузь застосування) ЗВТ: газоаналізатор EXTOX-UNI i-1 призначений для безперервного контролю об'ємної частки кисню (O₂) у повітрі.

Результати державної метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Значення метрологічної характеристики		Назва, тип робочих еталонів, застосованих під час атестації
Діапазон вимірювань, %	0 – 25		Повітряні газові суміші за ТУ У 24.1-02568182-001:2005
Основна абсолютна похибка, %:	Границі	Результати	
	± 1,0	– 0,5	

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 12-8736 від 15.09.2010 р.) газоаналізатор EXTOX-UNI i-1 визнаний таким, що відповідає експлуатаційній документації, і допускається до застосування згідно з експлуатаційною документацією.

Повірка газоаналізатора EXTOX-UNI i-1 здійснюється згідно з інструкцією „Метрологія. Інструкція. EXTOX-UNI i-1. Методика повірки”, затвердженою ДП „Укрметртестстандарт”.

Міжповірочний інтервал – не більше 12 місяців.

Директор



М.С. Рожнов

