



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Державне підприємство

Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,  
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів  
(ДП «Укрметртестстандарт»)

03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 Свідоцтво про уповноваження №ПК 001-2009 від 23 лютого 2009 р.

Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювань складу,  
властивостей і кількості речовин і матеріалів  
(Метхіменерготест)

## СВІДОЦТВО

про державну метрологічну атестацію

№ 12-8735 від 15.09.2010 р.

газоаналізатора GAS-ExPERT, № 0908, з вимірювальним перетворювачем GAS  
DETECTOR, № 09-101.

**Виробник:** фірма Műszer Automatika Kft, Угорщина.

**Належить:** ТОВ «Мюссер автоматика Україна», м. Берегово.

**Призначення (галузь застосування) ЗВТ:** газоаналізатор GAS-ExPERT призначений для  
вимірювання та контролю довибухонебезпечних концентрацій гексану (C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>) у повітрі.

### Результати державної метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Значення метрологічної характеристики		Назва, тип робочих еталонів, застосованих під час атестації
Діапазон вимірювань, % НКГР	0 – 100		Повітряні газові суміші за ТУ У 24.1-02568182-001:2005
	Границі	Результати	
Основна абсолютна похибка, % НКГР:	± 5	3	

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 12-8735 від 15.09.2010 р.) газоаналізатор GAS-ExPERT визнаний таким, що відповідає експлуатаційній документації, і допускається до застосування згідно з експлуатаційною документацією.

Повірка газоаналізатора GAS-ExPERT здійснюється згідно з інструкцією „Метрологія. Інструкція. GAS-ExPERT. Методика повірки”, затвердженою ДП „Укрметртестстандарт”.

Міжповірочний інтервал – не більше 12 місяців.

Директор



М.С. Рожнов

